

编号: YNH/AJ-15-111-2011

血小板诱聚剂（胶原）出厂检验报告

检验依据：血小板诱聚剂（胶原）产品技术要求：苏械注准 20182400893

检验日期: 2025.03.07

试剂盒批号: 2250306

试剂盒规格: 4ml (1ml×4)

检验仪器: PL-12

仪器编号: P2NH005C

检验项目	要求	结果	判定
外观检查	无色透明液体。	符合要求	√
净含量	不低于标示量。	1.02ml	√
重复性	测定血液标本时，血小板聚集率的变异系数（CV） 应不高于 10%。	1.32%	√
血小板聚集率	测定正常血液标本时，血小板聚集率应不低于 30%。	55.63%	√
结论	检验是否合格。	合格	

检验人: 张

复核人：梁立之

批准人: 周琦