

编号：YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

试剂名称： 血小板分析仪专用清洗液 试剂批号： 22507081
检验日期： 2025.07.16 试剂规格： 1L、5L

检验项目	要求	检验结果				结果判定
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	无色或淡黄色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求				√
净含量	不低于标示值。	5.02L	5.03L	5.02L	5.03L	√
pH 值	SBD 清洗液：25±1℃，pH≥12； NCH 清洗液：25±1℃，pH=7.80±0.05； 血小板分析仪专用清洗液：25±1℃，pH=7.00±0.50。	检测温度：25.3℃				√
	7.14	7.13	7.13	7.13		
空白值	血小板分析仪专用清洗液：RBC≤0.03×10 ¹² /L	0.00	0.00	0.00	0.00	√
	血小板分析仪专用清洗液：PLT≤10×10 ⁹ /L	0	0	0	0	
结论	检验是否合格。合格					



检验人： 周琦 复核人： 樊金 批准人： 周琦