

编号：YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

试剂名称：SDF 消泡剂
检验日期：2025.07.22

试剂批号：2250717
试剂规格：40mL×5

检验项目	要求	检验结果				结果判定
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	无色或淡黄色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求				√
净含量	不低于标示值。	41.0mL	41.0mL	41.0m	41.0m	√
pH 值	SBD 清洗液：25±1℃，pH≥12； NCH 清洗液：25±1℃，pH=7.80±0.05； 血小板分析仪专用清洗液：25±1℃，pH=7.00±0.50。	检测温度：-℃				—
		—	—	—	—	
空白值	血小板分析仪专用清洗液：RBC≤0.03×10 ¹² /L	—	—	—	—	—
	血小板分析仪专用清洗液：PLT≤10×10 ⁹ /L	—	—	—	—	
结论	检验是否合格。	合格				



检验人：2025

复核人：黄仕

批准人：周琦