编号: YNH/AJ-08-34-2017						
血小板功能检测样品杯检验记录						
批号	外观	尺寸	实测结果	1/2	结论	
XH2025-01	瓶塞完好无遗漏	高48±0.1mm	合格☑ 不合格	·□	合格☑	不合格□
		杯口外径Φ 12.1±0.05m m	合格☑ 不合格	· 🗌 🧻	合格☑	不合格□
总数: 10000 每批次抽检比例为了10%(抽检数量1000						
备注:不合格品比例应≤1%,否则退回厂家						
检验员:	任宁	检验日期:	2025	5年1万十二	支核人:	周志勇