

编号：YNH/AJ-08-34-2017				
血小板功能检测样品杯检验记录				
批号	外观	尺寸	实测结果	结论
XH2025-02	外观完好无破损， 无划痕，无毛刺； 瓶塞完好无遗漏	高 $48\pm0.1\text{mm}$	合格 ☒ 不合格 ☐	合格 ☒ 不合格 ☐
		杯口外径 Φ $12.1\pm0.05\text{mm}$	合格 ☒ 不合格 ☐	合格 ☒ 不合格 ☐
总数： 10000 每批次抽检比例为了10%（抽检数量1000）				
备注：不合格品比例应 $\leq 1\%$ ，否则退回厂家				
检验员：	任宁	检验日期：	2025年2月24日 复核人：周志勇	

