

血小板分析仪专用质控品（低值）靶值表

批号：2250728 规格：2ml

生产日期：2025-07-28 有效期至：2026-1-27

项目	单位	PL 系列	
		均值	参考区间
PLT	$\times 10^9/L$	70	55-85
MPV	fL	10.44	7.31-13.57
RBC	$\times 10^{12}/L$	1.08	0.88-1.28
MCV	fL	91	64-118

血小板分析仪专用质控品（中值）靶值表

批号：2250728 规格：2ml

生产日期：2025-07-28 有效期至：2026-1-27

项目	单位	PL 系列	
		均值	参考区间
PLT	$\times 10^9/L$	280	224-336
MPV	fL	8.37	5.86-10.88
RBC	$\times 10^{12}/L$	1.84	1.47-2.20
MCV	fL	89	62-115

血小板分析仪专用质控品（高值）靶值表

批号：2250728 规格：2ml

生产日期：2025-07-28 有效期至：2026-1-27

项目	单位	PL 系列	
		均值	参考区间
PLT	$\times 10^9/L$	339	271-406
MPV	fL	8.53	5.97-11.08
RBC	$\times 10^{12}/L$	1.84	1.47-2.20
MCV	fL	82	57-107