

编号：YNH/AJ-15-110-2011

## 血小板诱聚剂（肾上腺素）出厂检验报告

检验依据：血小板诱聚剂（肾上腺素）产品技术要求：苏械注准 20182400894

检验日期：2025.08.21

试剂盒批号：2250820

检验仪器：PL-12

仪器编号：P2IJ001C

试剂盒规格：4ml（1ml×4）

| 检验项目   | 要求                                   | 结果     | 判定 |
|--------|--------------------------------------|--------|----|
| 外观检查   | 无色透明液体。                              | 符合要求   | √  |
| 净含量    | 不低于标示量。                              | 1.0ml  | √  |
| 重复性    | 测定血液标本时，血小板聚集率的变异系数（CV）<br>应不高于 10%。 | 1.21%  | √  |
| 血小板聚集率 | 测定正常血液标本时，血小板聚集率应不低于 30%。            | 61.83% | √  |
| 结论     | 检验是否合格。                              | 合格     |    |



检验人：王强

复核人：陈金

批准人：周琦