

编号：YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

试剂名称： 血小板分析仪专用清洗液 试剂批号： 22509031
检验日期： 2025.09.08 试剂规格： 1L、5L

检验项目	要求	检验结果				结果判定
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	无色或淡黄色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求				√
净含量	不低于标示值。	5.02L	5.03L	5.03L	5.03L	√
pH 值	SBD 清洗液：25±1℃，pH≥12； NCH 清洗液：25±1℃，pH=7.80±0.05； 血小板分析仪专用清洗液：25±1℃，pH=7.00±0.50； HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：25±1℃，pH=7.10±0.20。	检测温度：25.0℃				√
		7.12	7.13	7.12	7.12	
空白值	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：WBC≤0.3×10 ⁹ /L	—	—	—	—	√
	血小板分析仪专用清洗液：RBC≤0.03×10 ¹² /L	0.00	0.00	0.00	0.00	
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：RBC≤0.03×10 ¹² /L					
	血小板分析仪专用清洗液：PLT≤10×10 ⁹ /L	0	0	0	0	
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：PLT≤20×10 ⁹ /L	—	—	—	—	
结论		合格				



检验人： 张峰 复核人： 樊红 批准人： 周琦