

编号：YNH/AJ-15-33-2016

生化分析仪用清洗液/剂出厂检验报告

试剂名称：NCH 清洗液

试剂批号：2240909

检验日期：2024.09.12

试剂规格：40 型 (R1:40ml×4, R2:10ml×4)

| 检验项目   | 要求                                                             | 检验结果                   | 结果判定 |
|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| 外观检查   | 无色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。                                           | 符合要求                   | √    |
| 净含量测定  | 不低于标示值。                                                        | R1:40.5ml<br>R2:11.0ml | √    |
| pH 值测定 | SBD 清洗液：25±1℃时的 pH 值应≥12；<br>NCH 清洗液：25±1℃时的 pH 值应为 7.75-7.85。 | 检测温度：25.0℃             | √    |
|        |                                                                | 7.74                   |      |
| 清洗率    | 清洗率大于 90%。                                                     | 98.5%                  | √    |
| 结论     | 检验是否合格。                                                        | 合格                     |      |



检验人：周琦

复核人：张金章

批准人：周琦