

编号：YNH/AJ-15-54-2011

胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱法）出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏械注准 20142400556
检验日期：2025-09-25 试剂盒批号：2250923
生化仪机型：DS-401 生化仪编号：DS1KS001
紫外可见分光光度计型号：L5 紫外可见分光光度计编号：077015020215050006

试剂盒抽检规格：

型号	规格
160ml(40 型)	R1：32ml×4 R2：8ml×4

	制造商	批号	有效期至	靶值（U/L）	范围（U/L）
校准品	Randox CAL 3	1374UE	2026-11	6334U/L	
质控品水平 1	Randox hum asy control 2	1695UN	2028-03	5388U/L	4311-6465U/L
质控品水平 2	Randox hum asy control 3	1309UE	2026-10	5134U/L	4107-6161U/L

检验项目	要求	结果	判定
外观检查	R1 为无色或淡黄色透明液体，无悬浮物及沉淀物。 R2 为无色透明液体，无悬浮物及沉淀物。	符合要求	√
净含量测定	不低于标示值。	160ml（40 型）	
		R1 34.0ml	√
		R2 8.4ml	√
空白吸光度测定	在 405nm 处，光径 1cm 时，空白吸光度 $A \leq 0.800$ 。	0.2471	√
空白吸光度变化率测定	在 405nm 处，光径 1cm 时， $\Delta A/min \leq 0.005$ 。	0.0007	√
分析灵敏度测定	在 405nm 处，光径 1cm 时， $\Delta A_{U/L}/min \geq 2 \times 10^{-5}$ 。	1.41×10^{-4}	√
准确度测定	测定质控品，相对偏差不大于 10%。	3.25%	√
精密度测定	批内精密度 $CV \leq 5\%$ 。	3.03%	√
	批间精密度 $R \leq 10\%$ 。	-0.33%	/
线性范围测定	在线性范围内，线性误差（用相关系数表示）应不小于 0.9900。	0.9998	√
		浓度 1 3.88%	√
		浓度 2 2.47%	√
		浓度 3 458.94U/L	√
		浓度 4 194.90U/L	√
		浓度 5 68.48U/L	√
结论	检验是否合格。	合格	

检验人： 复核人： 批准人： 周琦