

血小板分析仪专用质控品（低值）靶值表

批号：2251030 规格：2ml

生产日期：2025-10-30 有效期至：2026-04-29

项目	单位	PL 系列	
		均值	参考区间
RBC	$\times 10^{12}/L$	1.43	1.23-1.63
MCV	fL	84	58-109
PLT	$\times 10^9/L$	97	82-112
MPV	fL	9.57	6.70-12.44

血小板分析仪专用质控品（中值）靶值表

批号：2251030 规格：2ml

生产日期：2025-10-30 有效期至：2026-04-29

项目	单位	PL 系列	
		均值	参考区间
RBC	$\times 10^{12}/L$	2.11	1.69-2.53
MCV	fL	80	56-104
PLT	$\times 10^9/L$	254	203-305
MPV	fL	8.18	5.73-10.64

血小板分析仪专用质控品（高值）靶值表

批号：2251030 规格：2ml

生产日期：2025-10-30 有效期至：2026-04-29

项目	单位	PL 系列	
		均值	参考区间
RBC	$\times 10^{12}/L$	2.42	1.93-2.90
MCV	fL	80	56-104
PLT	$\times 10^9/L$	372	298-447
MPV	fL	7.87	5.51-10.23