

编号：YNH/AJ-08-34-2017

血小板功能检测样品杯检验记录						单杯 ☐	双杯 ☒
批号	外观	尺寸	性能	实测结果	结论		
2025-09	颜色透明，表面光滑、无毛刺、无缺口	高48mm	用蒸馏水，加入样品杯中，杯子内液体不渗漏	合格 ☒ 不合格 ☐	合格 ☒ 不合格 ☐		
		外径 12.0±0.15mm 内径 10.0±0.15mm		合格 ☒ 不合格 ☐	合格 ☒ 不合格 ☐		
总数： 50000 每批次抽检比例为1%（每批最少抽检数量1000）							
备注：不合格品比例应≤1%，否则退回厂家							
检验员：	周琦	检验日期：	2025.11.06			复核人：王群	

